

Antigen-Tests auf SARS-CoV-2 zur Eigenanwendung

die Gegenstand des Anspruchs nach §1 Satz 1 Coronavirus-Testverordnung (TestV) sind („Selbsttests“)

Allgemeine Hinweise

Test-ID	Name des Tests	Evaluierung PEI	Hersteller		Europäischer Bevollmächtigter		Probennahme	Sensitivität		Spezifität		Gebrauchsanwei...
			Name ↑	Land	Name	Land		%	95%iges Vertrauensintervall	%	95%iges Vertrauensintervall	
AT1269/21	SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Cassette	Ja	Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments C...	CN	Shanghai International Holding Corp.GmbH (...)	DE	nasal	94,50	88,5 - 97,5	99,90	99,7 - 100,0	Link öffnen

|< < 1 > >| 1 - 1 von 1

letzte Änderung: 19.01.2022 07:33